

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ίδρυμα: Π.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ


Εργαστήριο: ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

Τύπος Κυτταρομετρητή ροής: FC 500 B COULTER Σειριακός Αριθμός: AL 07037

Ημερομηνία Αποστολής Δειγμάτων: 10/07/2017

Ημερομηνία Αξιολόγησης: 05/08/2017

	Δείγμα 1 (%)	Δείγμα 2 (%)
	CD3+	CD3+
Τιμή στόχος	80,80	82,76
Το αποτέλεσμα σας	81,14	83,62
DI	0,16	0,33
CV	0,03	0,03
N	31	32
	CD3+CD4+	CD3+CD4+
Τιμή στόχος	49,87	54,10
Το αποτέλεσμα σας	51,5	58,57
DI	0,91	2,21
CV	0,04	0,04
N	32	32
	CD3+CD8+	CD3+CD8+
Τιμή στόχος	27,74	28,04
Το αποτέλεσμα σας	25,8	23,76
DI	-1,10	-1,73
CV	0,06	0,08
N	31	32
	CD3-CD(16/56)+	CD3-CD(16/56)+
Τιμή στόχος	4,05	4,18
Το αποτέλεσμα σας	3,1	2,5
DI	-0,84	-1,66
CV	0,28	0,24
N	31	31
	CD3+CD(16/56)+	CD3+CD(16/56)+
Τιμή στόχος	6,83	2,84
Το αποτέλεσμα σας	7,3	1,22
DI	0,16	-0,99
CV	0,42	0,58
N	26	26
	CD4+CD8+CD3+	CD4+CD8+CD3+
Τιμή στόχος	1,49	1,09
Το αποτέλεσμα σας	1	0,8
DI	-1,26	-0,72
CV	0,26	0,37
N	18	17
	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+
Τιμή στόχος	1,72	2,77
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	1,39	2,54
N	11	11
	TCRγδ+ T-cells	TCRγδ+ T-cells
Τιμή στόχος	4,79	2,06
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,23	0,66
N	18	18
	CD19+	CD19+
Τιμή στόχος	14,01	12,18
Το αποτέλεσμα σας	12,8	11,38
DI	-0,90	-0,60
CV	0,09	0,11
N	30	30



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

	Δείγμα 1 (Απόλυτος αριθμός)	Δείγμα 2(Απόλυτος αριθμός)
	CD3+	CD3+
Τιμή στόχος	2078	1698
Το αποτέλεσμα σας	1331	773
DI	-2,29	-2,37
CV	0,15	0,23
N	28	29
	CD3+CD4+	CD3+CD4+
Τιμή στόχος	1276	1067
Το αποτέλεσμα σας	845	541
DI	-2,20	-2,63
CV	0,15	0,18
N	28	28
	CD3+CD8+	CD3+CD8+
Τιμή στόχος	717	552
Το αποτέλεσμα σας	423	220
DI	-2,36	-2,96
CV	0,17	0,20
N	28	28
	CD3-CD(16/56)+	CD3-CD(16/56)+
Τιμή στόχος	114	91
Το αποτέλεσμα σας	51	23
DI	-1,91	-2,18
CV	0,29	0,34
N	26	27
	CD3+CD(16/56)+	CD3+CD(16/56)+
Τιμή στόχος	180	54
Το αποτέλεσμα σας	121	11
DI	-0,72	-1,31
CV	0,45	0,61
N	23	23
	CD4+CD8+CD3+	CD4+CD8+CD3+
Τιμή στόχος	44	21
Το αποτέλεσμα σας	19	8
DI	-0,97	-1,50
CV	0,58	0,41
N	18	17
	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+
Τιμή στόχος	59	65
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	1,48	2,37
N	10	10
	TCRγδ+ T-cells	TCRγδ+ T-cells
Τιμή στόχος	124	33
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,20	0,20
N	16	15
	CD19+	CD19+
Τιμή στόχος	378	257
Το αποτέλεσμα σας	187	160
DI	-2,98	-1,81
CV	0,17	0,21
N	26	27