

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ**  
**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ**

**ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ**

Ίδρυμα: ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ


Εργαστήριο: ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

Τύπος Κυτταρομετρητή ροής: NAVIOS EX Σειριακός Αριθμός: BA 09015

Ημερομηνία Αποστολής Δειγμάτων: 06/07/2020

Ημερομηνία Αξιολόγησης: 21/07/2020

	Δείγμα 1 (%)	Δείγμα 2 (%)
	CD3+	CD3+
Τιμή στόχος	80,16	79,68
Το αποτέλεσμα σας	79,18	80,67
DI	-0,37	0,43
CV	0,03	0,03
N	36	36
	CD3+CD4+	CD3+CD4+
Τιμή στόχος	51,54	48,91
Το αποτέλεσμα σας	54,26	53,63
DI	0,92	1,66
CV	0,06	0,06
N	36	36
	CD3+CD8+	CD3+CD8+
Τιμή στόχος	27,88	27,17
Το αποτέλεσμα σας	29,60	28,29
DI	0,96	0,68
CV	0,06	0,06
N	36	36
	CD3-CD(16/56)+	CD3-CD(16/56)+
Τιμή στόχος	7,88	3,79
Το αποτέλεσμα σας	5,73	2,17
DI	-1,01	-1,40
CV	0,27	0,31
N	35	35
	CD3+CD(16/56)+	CD3+CD(16/56)+
Τιμή στόχος	2,94	6,27
Το αποτέλεσμα σας	3,83	7,73
DI	0,56	0,43
CV	0,53	0,54
N	32	32
	CD4+CD8+CD3+	CD4+CD8+CD3+
Τιμή στόχος	1,06	1,50
Το αποτέλεσμα σας	1,18	0,91
DI	0,28	-1,41
CV	0,39	0,28
N	27	27
	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+
Τιμή στόχος	0,68	0,73
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,69	0,37
N	15	14
	TCRγδ+ T-cells	TCRγδ+ T-cells
Τιμή στόχος	1,78	4,89
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,20	0,28
N	21	21
	CD19+	CD19+
Τιμή στόχος	11,13	15,27
Το αποτέλεσμα σας	9,60	13,10
DI	-1,22	-1,26
CV	0,11	0,11
N	36	36



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ**  
**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ**

**ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ**

	Δείγμα 1 (Απόλυτος αριθμός)	Δείγμα 2 (Απόλυτος αριθμός)
	CD3+	CD3+
Τιμή στόχος	1666	1818
Το αποτέλεσμα σας	1709	1835
DI	0,17	0,07
CV	0,15	0,13
N	33	33
	CD3+CD4+	CD3+CD4+
Τιμή στόχος	1055	1106
Το αποτέλεσμα σας	1171	1220
DI	0,70	0,83
CV	0,16	0,12
N	33	33
	CD3+CD8+	CD3+CD8+
Τιμή στόχος	576	618
Το αποτέλεσμα σας	639	644
DI	0,61	0,31
CV	0,18	0,14
N	33	33
	CD3-CD(16/56)+	CD3-CD(16/56)+
Τιμή στόχος	165	88
Το αποτέλεσμα σας	124	49
DI	-1,00	-1,47
CV	0,25	0,30
N	30	30
	CD3+CD(16/56)+	CD3+CD(16/56)+
Τιμή στόχος	60	140
Το αποτέλεσμα σας	83	176
DI	0,62	0,45
CV	0,61	0,57
N	29	29
	CD4+CD8+CD3+	CD4+CD8+CD3+
Τιμή στόχος	21	34
Το αποτέλεσμα σας	25	21
DI	0,40	-1,26
CV	0,44	0,30
N	25	25
	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+
Τιμή στόχος	15	16
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,77	0,41
N	13	12
	TCRγδ+ T-cells	TCRγδ+ T-cells
Τιμή στόχος	35	111
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,31	0,28
N	16	16
	CD19+	CD19+
Τιμή στόχος	243	359
Το αποτέλεσμα σας	276	358
DI	1,68	-0,01
CV	0,08	0,13
N	30	31