

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Τδρυμα: Π.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ


Εργαστήριο: ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

Τύπος Κυτταρομετρητή ροής: FC 500 B COULTER Σειριακός Αριθμός: AL 07037

Ημερομηνία Αποστολής Δειγμάτων: 04/12/2017

Ημερομηνία Αξιολόγησης: 05/01/2018

	Δείγμα 1 (%)	Δείγμα 2 (%)
	CD3+	CD3+
Τιμή στόχος	76,07	80,50
Το αποτέλεσμα σας	76,7	79,5
DI	0,24	-0,71
CV	0,03	0,18
N	26	26
	CD3+CD4+	CD3+CD4+
Τιμή στόχος	60,91	47,01
Το αποτέλεσμα σας	61	46,5
DI	0,03	-0,20
CV	0,05	0,05
N	28	28
	CD3+CD8+	CD3+CD8+
Τιμή στόχος	12,14	29,25
Το αποτέλεσμα σας	10,8	22,7
DI	-1,07	-2,40
CV	0,10	0,09
N	27	27
	CD3-CD(16/56)+	CD3-CD(16/56)+
Τιμή στόχος	4,38	4,29
Το αποτέλεσμα σας	3,1	3,8
DI	-0,82	-0,43
CV	0,35	0,27
N	27	27
	CD3+CD(16/56)+	CD3+CD(16/56)+
Τιμή στόχος	2,20	6,47
Το αποτέλεσμα σας	2,3	7
DI	0,08	0,15
CV	0,55	0,53
N	24	25
	CD4+CD8+CD3+	CD4+CD8+CD3+
Τιμή στόχος	1,35	1,81
Το αποτέλεσμα σας	1,5	1,2
DI	0,28	-0,79
CV	0,40	0,42
N	22	21
	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+
Τιμή στόχος	1,23	1,38
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,54	1,01
N	11	11
	TCRγδ+ T-cells	TCRγδ+ T-cells
Τιμή στόχος	3,01	5,32
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,26	0,27
N	11	16
	CD19+	CD19+
Τιμή στόχος	17,51	14,06
Το αποτέλεσμα σας	18,6	15,3
DI	0,56	0,77
CV	0,11	0,11
N	27	27



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

	Δείγμα 1 (Απόλυτος αριθμός)	Δείγμα 2 (Απόλυτος αριθμός)
	CD3+	CD3+
Τιμή στόχος	1466	2192
Το αποτέλεσμα σας	1431	1926
DI	-0,22	-0,88
CV	0,11	0,14
N	25	26
	CD3+CD4+	CD3+CD4+
Τιμή στόχος	1181	1260
Το αποτέλεσμα σας	1138	1126
DI	-0,33	-0,76
CV	0,11	0,14
N	25	26
	CD3+CD8+	CD3+CD8+
Τιμή στόχος	246	817
Το αποτέλεσμα σας	274	730
DI	0,76	-0,60
CV	0,15	0,18
N	26	26
	CD3-CD(16/56)+	CD3-CD(16/56)+
Τιμή στόχος	90	122
Το αποτέλεσμα σας	58	93
DI	-1,06	-0,68
CV	0,34	0,34
N	25	25
	CD3+CD(16/56)+	CD3+CD(16/56)+
Τιμή στόχος	43	177
Το αποτέλεσμα σας	43	171
DI	-0,01	-0,06
CV	0,61	0,56
N	22	23
	CD4+CD8+CD3+	CD4+CD8+CD3+
Τιμή στόχος	32	45
Το αποτέλεσμα σας	38	40
DI	0,28	-0,27
CV	0,69	0,40
N	20	21
	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+
Τιμή στόχος	25	28
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,76	0,95
N	14	11
	TCRγδ+ T-cells	TCRγδ+ T-cells
Τιμή στόχος	57	150
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,41	0,25
N	13	14
	CD19+	CD19+
Τιμή στόχος	340	376
Το αποτέλεσμα σας	348	371
DI	0,21	-0,13
CV	0,11	0,11
N	25	24