

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ίδρυμα: ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ


Εργαστήριο: ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

Τύπος Κυτταρομετρητή ροής: NAVIOS EX Σειριακός Αριθμός: BA 09015

Ημερομηνία Αποστολής Δειγμάτων: 04/07/2022

Ημερομηνία Αξιολόγησης: 27/07/2022

	Δείγμα 1 (%)	Δείγμα 2 (%)
	CD3+	CD3+
Τιμή στόχος	81,27	82,55
Το αποτέλεσμα σας	74,92	76,58
DI	-1,86	-1,41
CV	0,04	0,05
N	40	41
	CD3+CD4+	CD3+CD4+
Τιμή στόχος	51,32	56,88
Το αποτέλεσμα σας	50,94	53,43
DI	-0,15	-1,24
CV	0,05	0,05
N	40	39
	CD3+CD8+	CD3+CD8+
Τιμή στόχος	27,56	24,40
Το αποτέλεσμα σας	23,77	22,54
DI	-1,72	-1,05
CV	0,08	0,07
N	41	41
	CD3-CD(16/56)+	CD3-CD(16/56)+
Τιμή στόχος	6,82	5,68
Το αποτέλεσμα σας	34,2	21,7
DI	-	-
CV	0,38	0,6
N	39	39
	CD3+CD(16/56)+	CD3+CD(16/56)+
Τιμή στόχος	3,36	2,33
Το αποτέλεσμα σας	0,2	1
DI	-1,62	-1,02
CV	0,58	0,56
N	35	34
	CD4+CD8+CD3+	CD4+CD8+CD3+
Τιμή στόχος	1,00	1,02
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,45	0,39
N	29	31
	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+
Τιμή στόχος	1,23	0,49
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,61	0,73
N	22	22
	TCRγδ+ T-cells	TCRγδ+ T-cells
Τιμή στόχος	1,86	1,42
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,28	0,26
N	26	26
	CD19+	CD19+
Τιμή στόχος	9,89	10,20
Το αποτέλεσμα σας	7,8	7
DI	-1,01	-1,28
CV	0,21	0,24
N	41	40



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

	Δείγμα 1 (Απόλυτος αριθμός)	Δείγμα 2 (Απόλυτος αριθμός)
	CD3+	CD3+
Τιμή στόχος	1936	1575
Το αποτέλεσμα σας	1888	1493
DI	-0,23	-0,62
CV	0,11	0,08
N	32	31
	CD3+CD4+	CD3+CD4+
Τιμή στόχος	1230	1099
Το αποτέλεσμα σας	1284	1042
DI	0,41	-0,66
CV	0,11	0,08
N	32	31
	CD3+CD8+	CD3+CD8+
Τιμή στόχος	654	473
Το αποτέλεσμα σας	599	440
DI	-0,68	-0,63
CV	0,12	0,11
N	32	31
	CD3-CD(16/56)+	CD3-CD(16/56)+
Τιμή στόχος	179	115
Το αποτέλεσμα σας	194	92
DI	0,17	-0,47
CV	0,47	0,42
N	33	32
	CD3+CD(16/56)+	CD3+CD(16/56)+
Τιμή στόχος	78	45
Το αποτέλεσμα σας	3	15
DI	-1,52	-1,10
CV	0,63	0,61
N	28	27
	CD4+CD8+CD3+	CD4+CD8+CD3+
Τιμή στόχος	28	19
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,64	0,45
N	26	25
	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+
Τιμή στόχος	28	9
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,51	0,61
N	18	18
	TCRγδ+ T-cells	TCRγδ+ T-cells
Τιμή στόχος	45	27
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,28	0,34
N	20	20
	CD19+	CD19+
Τιμή στόχος	237	200
Το αποτέλεσμα σας	196	136
DI	-0,82	-1,26
CV	0,21	0,25
N	32	32