


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

Ίδρυμα: ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ
 Εργαστήριο: ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ
 Τύπος Κυτταρομετρητή ροής: NAVIOS EX Σειριακός Αριθμός: BA 09015
 Ημερομηνία Αποστολής Δειγμάτων: 14/07/2022
 Ημερομηνία Αξιολόγησης: 17/12/2022

	Δείγμα 1 (%)	Δείγμα 2 (%)
	CD3+	CD3+
Τιμή στόχος	73,85	79,45
Το αποτέλεσμα σας	71,8	79,7
DI	-0,85	0,13
CV	0,03	0,02
N	38	40
	CD3+CD4+	CD3+CD4+
Τιμή στόχος	49,59	50,73
Το αποτέλεσμα σας	48,6	50,9
DI	-0,47	0,11
CV	0,04	0,03
N	39	40
	CD3+CD8+	CD3+CD8+
Τιμή στόχος	21,26	24,86
Το αποτέλεσμα σας	21,6	25,7
DI	0,26	0,58
CV	0,06	0,06
N	41	38
	CD3-CD(16/56)+	CD3-CD(16/56)+
Τιμή στόχος	10,22	5,04
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,25	0,20
N	35	36
	CD3+CD(16/56)+	CD3+CD(16/56)+
Τιμή στόχος	2,40	6,42
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	1,22	0,48
N	31	31
	CD4+CD8+CD3+	CD4+CD8+CD3+
Τιμή στόχος	0,55	1,22
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,53	0,47
N	26	30
	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+
Τιμή στόχος	0,69	0,69
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,62	0,43
N	21	21
	TCRγδ+ T-cells	TCRγδ+ T-cells
Τιμή στόχος	4,27	4,97
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,28	0,38
N	24	24
	CD19+	CD19+
Τιμή στόχος	15,33	14,75
Το αποτέλεσμα σας	16,7	14,6
DI	1,36	-0,18
CV	0,06	0,06
N	37	37



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ

ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ

	Δείγμα 1 (Απόλυτος αριθμός)	Δείγμα 2 (Απόλυτος αριθμός)
	CD3+	CD3+
Τιμή στόχος	1255	2067
Το αποτέλεσμα σας	1256	2184
DI	0,01	0,60
CV	0,09	0,09
N	34	33
	CD3+CD4+	CD3+CD4+
Τιμή στόχος	835	1327
Το αποτέλεσμα σας	851	1395
DI	0,25	0,54
CV	0,07	0,09
N	33	33
	CD3+CD8+	CD3+CD8+
Τιμή στόχος	362	657
Το αποτέλεσμα σας	378	704
DI	0,63	0,55
CV	0,07	0,13
N	32	34
	CD3-CD(16/56)+	CD3-CD(16/56)+
Τιμή στόχος	171	130
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,24	0,23
N	30	31
	CD3+CD(16/56)+	CD3+CD(16/56)+
Τιμή στόχος	28	175
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,91	0,48
N	24	26
	CD4+CD8+CD3+	CD4+CD8+CD3+
Τιμή στόχος	13	29
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,91	0,42
N	26	26
	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+
Τιμή στόχος	12	17
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,61	0,50
N	19	19
	TCRγδ+ T-cells	TCRγδ+ T-cells
Τιμή στόχος	71	125
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,13	0,42
N	19	20
	CD19+	CD19+
Τιμή στόχος	259	384
Το αποτέλεσμα σας	292	400
DI	1,04	0,25
CV	0,12	0,16
N	33	34