

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ**  
**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ**

**ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ**

Ίδρυμα: ΠΓΝ ΠΑΤΡΩΝ


Εργαστήριο: ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

Τύπος Κυτταρομετρητή ροής: NAVIOS EX Σειριακός Αριθμός: BA 09015

Ημερομηνία Αποστολής Δειγμάτων: 15/11/2021

Ημερομηνία Αξιολόγησης: 13/12/2021

	Δείγμα 1 (%)	Δείγμα 2 (%)
	CD3+	CD3+
Τιμή στόχος	79,07	69,57
Το αποτέλεσμα σας	76	70
DI	-1,72	0,12
CV	0,02	0,05
N	36	38
	CD3+CD4+	CD3+CD4+
Τιμή στόχος	48,08	42,55
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,04	0,08
N	35	36
	CD3+CD8+	CD3+CD8+
Τιμή στόχος	26,56	24,64
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,06	0,06
N	36	36
	CD3-CD(16/56)+	CD3-CD(16/56)+
Τιμή στόχος	5,06	18,72
Το αποτέλεσμα σας	4	28,9
DI	-0,98	2,22
CV	0,21	0,24
N	37	37
	CD3+CD(16/56)+	CD3+CD(16/56)+
Τιμή στόχος	5,95	3,97
Το αποτέλεσμα σας	0,8	0,7
DI	-1,45	-1,40
CV	0,59	0,58
N	31	31
	CD4+CD8+CD3+	CD4+CD8+CD3+
Τιμή στόχος	1,47	1,11
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,37	0,54
N	29	29
	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+
Τιμή στόχος	1,04	1,36
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,56	0,57
N	21	21
	TCRγδ+ T-cells	TCRγδ+ T-cells
Τιμή στόχος	5,87	2,59
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,20	0,22
N	25	25
	CD19+	CD19+
Τιμή στόχος	14,78	10,92
Το αποτέλεσμα σας	11,9	6,1
DI	-2,18	-2,21
CV	0,09	0,20
N	36	38



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ**  
**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ**

**ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ**

	Δείγμα 1 (Απόλυτος αριθμός)	Δείγμα 2 (Απόλυτος αριθμός)
	CD3+	CD3+
Τιμή στόχος	1842	1616
Το αποτέλεσμα σας	1608	1176
DI	-1,43	-1,92
CV	0,08	0,14
N	33	35
	CD3+CD4+	CD3+CD4+
Τιμή στόχος	1141	1003
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,08	0,14
N	31	34
	CD3+CD8+	CD3+CD8+
Τιμή στόχος	621	574
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,12	0,13
N	32	33
	CD3-CD(16/56)+	CD3-CD(16/56)+
Τιμή στόχος	120	422
Το αποτέλεσμα σας	84	485
DI	-1,34	0,68
CV	0,22	0,22
N	33	32
	CD3+CD(16/56)+	CD3+CD(16/56)+
Τιμή στόχος	146	93
Το αποτέλεσμα σας	17	12
DI	-1,22	-1,33
CV	0,72	0,65
N	28	24
	CD4+CD8+CD3+	CD4+CD8+CD3+
Τιμή στόχος	32	23
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,33	0,56
N	30	31
	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+
Τιμή στόχος	25	25
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,57	0,44
N	16	15
	TCRγδ+ T-cells	TCRγδ+ T-cells
Τιμή στόχος	139	53
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,21	0,25
N	19	19
	CD19+	CD19+
Τιμή στόχος	347	257
Το αποτέλεσμα σας	252	102
DI	-2,43	-2,41
CV	0,11	0,25
N	27	33