

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ**  
**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ**

**ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ**

Τδρυμα: Π.Γ.Ν.ΠΑΤΡΩΝ


Εργαστήριο: ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ ΡΟΗΣ

Τύπος Κυτταρομετρητή ροής: NAVIOS EX Σειριακός Αριθμός: BA 09015

Ημερομηνία Αποστολής Δειγμάτων: 04/12/2017

Ημερομηνία Αξιολόγησης: 05/01/2018

	Δείγμα 1 (%)	Δείγμα 2 (%)
	CD3+	CD3+
Τιμή στόχος	76,07	80,50
Το αποτέλεσμα σας	73	78,2
DI	-1,15	-1,59
CV	0,03	0,18
N	26	26
	CD3+CD4+	CD3+CD4+
Τιμή στόχος	60,91	47,01
Το αποτέλεσμα σας	60,2	46,1
DI	-0,21	-0,35
CV	0,05	0,05
N	28	28
	CD3+CD8+	CD3+CD8+
Τιμή στόχος	12,14	29,25
Το αποτέλεσμα σας	11	22
DI	-0,91	-2,66
CV	0,10	0,09
N	27	27
	CD3-CD(16/56)+	CD3-CD(16/56)+
Τιμή στόχος	4,38	4,29
Το αποτέλεσμα σας	2,8	3,3
DI	-1,01	-0,86
CV	0,35	0,27
N	27	27
	CD3+CD(16/56)+	CD3+CD(16/56)+
Τιμή στόχος	2,20	6,47
Το αποτέλεσμα σας	2,8	10,3
DI	0,49	1,12
CV	0,55	0,53
N	24	25
	CD4+CD8+CD3+	CD4+CD8+CD3+
Τιμή στόχος	1,35	1,81
Το αποτέλεσμα σας	1,6	1,7
DI	0,46	-0,14
CV	0,40	0,42
N	22	21
	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+
Τιμή στόχος	1,23	1,38
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,54	1,01
N	11	11
	TCRγδ+ T-cells	TCRγδ+ T-cells
Τιμή στόχος	3,01	5,32
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,26	0,27
N	11	16
	CD19+	CD19+
Τιμή στόχος	17,51	14,06
Το αποτέλεσμα σας	18,9	17
DI	0,72	1,83
CV	0,11	0,11
N	27	27



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑΣ**  
**ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΤΤΑΡΟΜΕΤΡΙΑ**

**ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ - ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ**

	Δείγμα 1 (Απόλυτος αριθμός)	Δείγμα 2 (Απόλυτος αριθμός)
	CD3+	CD3+
Τιμή στόχος	1466	2192
Το αποτέλεσμα σας	1362	1894
DI	-0,67	-0,98
CV	0,11	0,14
N	25	26
	CD3+CD4+	CD3+CD4+
Τιμή στόχος	1181	1260
Το αποτέλεσμα σας	1123	1117
DI	-0,44	-0,81
CV	0,11	0,14
N	25	26
	CD3+CD8+	CD3+CD8+
Τιμή στόχος	246	817
Το αποτέλεσμα σας	284	710
DI	1,03	-0,74
CV	0,15	0,18
N	26	26
	CD3-CD(16/56)+	CD3-CD(16/56)+
Τιμή στόχος	90	122
Το αποτέλεσμα σας	53	80
DI	-1,22	-0,99
CV	0,34	0,34
N	25	25
	CD3+CD(16/56)+	CD3+CD(16/56)+
Τιμή στόχος	43	177
Το αποτέλεσμα σας	53	249
DI	0,37	0,73
CV	0,61	0,56
N	22	23
	CD4+CD8+CD3+	CD4+CD8+CD3+
Τιμή στόχος	32	45
Το αποτέλεσμα σας	57	55
DI	1,14	0,58
CV	0,69	0,40
N	20	21
	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+	CD4-CD8-CD3+TCRαβ+
Τιμή στόχος	25	28
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,76	0,95
N	14	11
	TCRγδ+ T-cells	TCRγδ+ T-cells
Τιμή στόχος	57	150
Το αποτέλεσμα σας	-	-
DI	-	-
CV	0,41	0,25
N	13	14
	CD19+	CD19+
Τιμή στόχος	340	376
Το αποτέλεσμα σας	353	413
DI	0,35	0,91
CV	0,11	0,11
N	25	24